

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.МЛ03.В01817

Срок действия с 30.08.2017 по 29.08.2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Некоммерческого партнерства № 0031264

"Сертификационный Испытательный Центр". Адрес места нахождения:
195112, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68,
телефон: +78125280883, факс: +78127027636, электронная почта:
npsic@npsic.ru, регистрационный номер: RA.RU.11МЛ03, выдан:
16.02.2016 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник",
адрес места нахождения: 195112, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект,
дом 68, ОГРН: 1027804175541, телефон: +78126761001, факс: +78125286633,
электронная почта: bouvestnik@bouvestnik.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник",
адрес места нахождения: 195112, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект,
дом 68, ОГРН: 1027804175541, телефон: +78126761001, факс: +78125286633,
электронная почта: bouvestnik@bouvestnik.spb.ru

ПРОДУКЦИЯ Сепаратор люминесцентный модель ЛС-Д-4-04Н.
Серийный выпуск продукции по ТУ 4276-048-00227703-2003.

код ОК 005 (ОКП):

26.51.66.125

код ТН ВЭД России:

9022190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения,
управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (класс А) Оборудование электрическое для измерения,
управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости.
Часть 1. Общие требования.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


- протокола испытаний № 10085379-17-СИЦ от 25.08.2017 Испытательной лаборатории НП
"Сертификационный Испытательный Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21ME95, срок действия с
25.02.2016, Адрес места нахождения: РОССИЯ, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект,
дом 68, тел. +78125280883, факс +78127027636, E-mail: npsic@npsic.ru;
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2011
Регистрационный № РОСС RU.13СК03.00431, выдан 28.05.2015 органом по сертификации систем
менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.13СК03.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Должков Михаил Евгеньевич

инициалы, фамилия

Бренер Игорь Нафтальевич

инициалы, фамилия